

1과목 : 기초의학 및 의공학

1. 압력 센서는 압력 이외의 물리량의 변화에는 최소한으로 반응해야 한다. 이와 같이 센서가 측정하고자 하는 물리량에만 반응하는 특성은?

- ① 민감도
- ② 선택도
- ③ 동작범위
- ④ 오차

2. 미세 전극(micro-electrode)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인체 내에 이식해서 사용된다.
- ② 세포막 양측의 전위차를 측정하는 용도로 사용된다.
- ③ 피부 표면에 부착해서 사용한다.
- ④ 바늘 형태로 피부에 찔러서 사용한다.

3. 세포막의 물질 이동 중 ATP(adenosine triphosphate)로부터 에너지 공급이 필요한 기전은?

- ①  $\text{Ca}^{2+}$  펌프
- ② 삼투
- ③ 확산
- ④ 여과

4. 어떤 물질에 어떤 방향으로 압축 또는 인장력을 가했을 때, 전기 분극이 일어나고 대응되는 단면에 분극전하가 나타나는 현상은?

- ① 압전 효과
- ② 콤프턴 효과
- ③ 광전 효과
- ④ 펠티에 효과

5. 인체에 삽입하는 바늘형 전극(needle electrode)의 재질로 부적합한 것은?

- ① 금(Au)
- ② 백금(Pt)
- ③ 아연(Zn)
- ④ 스테인리스 강

6. 용량성 센서에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 변위를 측정할 수 있다.
- ② 접합 반도체의 특성을 이용한다.
- ③ 물리적 압력이 가해지면 전압이 발생한다.
- ④ 온도에 따라 저항이 변화하는 특성을 이용한다.

7. 신경섬유에서 흥분전도의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 양 방향으로 전도 가능하다.
- ② 활동전위의 진폭이 일정하다.
- ③ 섬유가 굵을수록 전도속도가 빠르다.
- ④ 활동전위의 빈도가 일정하다.

8. 신경전달물질의 기전에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시냅스 전 뉴런에 존재하고 시냅스 후 뉴런이나 효과기에 작용을 나타내야 한다.
- ② 시냅스 전 뉴런에서 합성되어야 한다.
- ③ 시냅스 후 뉴런 내부에서 신경전달물질이 제거된다.
- ④ 외부에서 동일한 물질을 투여하면 원래의 신경전달물질과 동일한 효과를 나타내야 한다.

9. 혈압과 혈류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 혈관 저항이 높을수록 혈류량이 감소한다.
- ② 혈류량이 일정할 때 혈관계의 총 말초저항이 작을수록 혈압이 높아진다.
- ③ 평상시 총 혈액량이 80%는 동맥에 있다.

④ 이완기 혈압(diastolic blood pressure)이 수축기 혈압(sysstolic blood pressure) 보다 높다.

10. 혈관의 직경을 조절하는 물질 중 모든 혈관을 수축시키며 특히 말초혈관에 대하여 강한 수축작용을 하는 물질은?

- ① 히스타민
- ② 브라디키닌
- ③ 노르에피네프린
- ④ 아세틸콜린

11. 생체표면전극에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오랫동안 안정적으로 체표면과의 접촉을 유지하여야 한다.
- ② 접촉저항은 면적에 비례하기 때문에, 실제 표면에 접촉하는 면적을 줄여야 한다.
- ③ 전극의 금속에서 발생하는 분극전압이 작아야 한다.
- ④ 피부와의 임피던스를 낮추기 위하여 페이스트(paste)를 사용한다.

12. 금속저항 온도계를 이용한 온도측정 회로에서 센서에 큰 전류가 흐르도록 설계해서는 안 되는 이유는?

- ① 제작상의 어려움 때문
- ② 회로 구성의 어려움 때문
- ③ 온도센서의 부식 때문
- ④ 소자의 온도 상승 때문

13. 뇌자도(MEG) 또는 심자도(MCG)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 심장이나 뇌에서 발생하는 미세한 전류 변화를 측정하기 위하여 전류가 흐를 때 발생하는 자기장을 측정한다.
- ② 초전도체를 조셉슨 링의 형태로 만들면 자기장에 의해 유도된 전류를 조셉슨 소자에서 큰 폭의 전압 신호로 바꿀 수 있다.
- ③ 전자가 가진 터널효과로 인해 매우 작은 전류가 흐를 때는 조셉슨 소자 사이에 전압 신호가 나타나지 않는다.
- ④ 조셉슨 소자는 전자를 매우 잘 통과하는 도체만으로 이루어져 있다.

14. 뼈의 분류와 관련하여 편평골에 속하는 것은?

- ① 두개골
- ② 척추
- ③ 하악골
- ④ 상완골

15. 유수신경섬유에서 활동전위의 도약전도 과정에서 세포외부의  $\text{Na}^+$ 이 신경섬유 내부로 들어가는 경로가 있는 분위는?

- ① 세포체(cell body)
- ② 수상돌기(dendrite)
- ③ 랑비에결절(node of Ranvier)
- ④ 미엘린초(myelin sheath)

16. 심전도(ECG) 파형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① P파 : 심방의 털분극
- ② PR간격 : P파의 시작에서 다음 R파 시작까지의 시간
- ③ RR간격 : R파의 시작에서 다음 R파 시작까지의 시간
- ④ T파 : 심실의 재분극

17. 다음 중 생체전위를 측정하는데 사용할 수 없는 전극은?

- ① 금속판 전극
- ② Ag-AgCl 전극
- ③ 백금 바늘전극
- ④ 수소 전극

18. 감도가  $5\mu\text{V/g}$ 인 변화기로 120g의 질량을 측정하였을 때, 출력전압은 몇 mV인가?

- ① 0.06      ② 0.24  
 ③ 0.60      ④ 2.40

19. 다음 중 의미있는 센서 출력을 발생시키는 최대 입력과 최소 입력 사이의 범위를 의미하는 용어는?

- ① 동작범위(dynamic range)      ② 감도(sensitivity)  
 ③ 전달함수(transfer function)      ④ 교정(calibration)

20. 생체전기현상을 측정하기 위한 생체 표면에 전극에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 체포면 전극의 경우, 계측 상태의 임피던스 전극, 피부 및 내부 조직의 임피던스에 의하여 결정된다.  
 ② 신경세포와 근육세포의 활동에 따라 세포 안팎으로 이온에 의한 전기의 흐름이 발생한다.  
 ③ 몸을 덮고 있는 피부는 일반적으로 전기를 잘 통과시킬 성질이 있다.  
 ④ 피부 임피던스는 일반적으로 RC 병렬회로로 표기되는데, 저주파 영역에서는 전극 접촉 임피던스는 주파수에 반비례한다.

## 2과목 : 의용전자공학

21. 전위차계(potentiometer)와 스테레인 게이지(strain gauge) 변환기의 공통적인 원리는?

- ① 저항성      ② 유도성  
 ③ 온도성      ④ 용량성

22. 양 방향으로 변화하는 교류전류를 한 방향으로만 변화하는 직류전류로 변환시키는 회로는?

- ① 비교기      ② 정류기  
 ③ 미분기      ④ 적분기

23. 10진수 8을 2진수, 1의 보수, 2의 보수의 순서로 변환한 것은?

- ① 8 → 1000 → 1001 → 0110  
 ② 8 → 0101 → 1000 → 0111  
 ③ 8 → 1001 → 0111 → 0111  
 ④ 8 → 1000 → 0111 → 1000

24. 생체계측기기의 성능을 정량적으로 나타내기 위한 정적 특성에 해당되는 물리량이 아닌 것은?

- ① 정확도      ② 정밀도  
 ③ 해상도      ④ 정량도

25. 1초에 4~8회의 진동이 나타나고 성인보다 어린이에게서 많이 나타나는 뇌파는?

- ① 델타(δ)파      ② 세타(θ)파  
 ③ 알파(α)파      ④ 베타(β)파


26. 전파(電波)의 전파(傳播)특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전파는 파장이 길수록 빛의 성질에 가깝게 된다.  
 ② 전파의 직진성은 VHF나 UHF 보다 SHF 쪽이 강하다.  
 ③ 안테나의 효율을 높이려면 안테나 금속의 길이를 파장의 0.5배로 해야 한다.  
 ④ 안테나의 길이와 전파의 파장과는 많은 관계가 있다.

27. B급 푸시풀(push-pull) 증폭회로의 특징으로 틀린 것은?

- ① 전원 효율이 좋다.  
 ② 컬렉터 손실을 2개의 트랜지스터로 분산할 수 있으므로 큰 출력을 얻을 수가 있다.  
 ③ 신호가 없을 때는 컬렉터 전류가 흐르지 않는다.  
 ④ 교차 일그러짐이 전혀 생기지 않는다.

28. 그림과 같이 이미터가 바이패스 되고 입력 측 베이스에 반송파와 신호파를 주입하는 회로를 이용한 변조회로는?



- ① 베이스 변조회로      ② 컬렉터 변조회로  
 ③ 이미터 변조회로      ④ 평형 변조회로

29. 발진기에 동기가 걸리기 위한 동기신호의 조건으로 옳은 것은?

- ① 동기신호의 주파수가 발진 주파수보다 높아야 한다.  
 ② 동기신호의 주파수와 발진 주파수가 같아야 한다.  
 ③ 동기신호의 주파수가 발진 주파수보다 낮아야 한다.  
 ④ 동기신호의 주파수는 발진 주파수와는 상관이 없다.

30. 지름 1.6mm 인 동선의 최대 허용전류가 25 A일 때, 최대 허용전류에 대한 윙복 전선로의 길이 20m의 대한 전압 강하는 약 몇 V 인가? (단, 동의 저항률은  $1.69 \times 10^{-8} [\Omega \cdot \text{m}]$ 이다.)

- ① 0.7      ② 2.1  
 ③ 4.2      ④ 6.3

31. 점성이 있는 액체가 어떤 관 속을 흐를 때 단위시간동안 흐르는 액체량( $F$ )과 관 양쪽의 압력차( $\Delta P$ ), 관 내경( $r$ ), 관 길이( $l$ ) 및 액체의 점성( $\eta$ )과의 관계를 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 비례 :  $\Delta P$ ,  $r^4$ , 반비례 :  $l$ ,  $\eta$   
 ② 비례 :  $l$ ,  $\eta$ , 반비례 :  $\Delta P$ ,  $r^4$   
 ③ 비례 :  $\Delta P$ ,  $l$ , 반비례 :  $r^2$ ,  $\eta$   
 ④ 비례 :  $r^2\eta$ , 반비례 :  $\Delta P$ ,  $l$

32. 인체의 호흡기류를 측정할 수 있는 적절한 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 발열선에서 손실되는 열량의 측정  
 ② 유체 저항 양단간의 압력차를 측정  
 ③ 호기 시 발생하는 체중의 변화를 측정  
 ④ 바람개비의 회전 속도를 측정

33. 전파브리지 정류기에서 다이오드 하나가 개방되었을 경우 출력의 상태로 옳은 것은?

- ① 반파정류      ② 입력전압의 0.5배 크기  
 ③ 120Hz의 리플 전압      ④ 0V

34. 디지털 신호처리의 특징으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 유한개의 샘플을 채취하여 수치화 된 데이터들은 전송과 조작이 용이하다.
- ② 데이터 전송 신뢰도가 높고 전송속도가 매우 빠르다.
- ③ 완벽한 신호의 복조가 불가능하므로 정보의 손실이 크다.
- ④ 독립적인 데이터 조작이 가능하다.

35. 마이크로프로세서의 중앙처리장치(CPU)에 속하지 않는 것은?

- ① 명령레지스터(IR : Instruction register)
- ② 플래그레지스터(flag register)
- ③ 프로그램 카운터(PC)
- ④ 아날로그-디지털 변환기(ADC)


36. 효율이 가장 좋고, 고주파 동조 전력증폭에 많이 용되는 증폭기의 형태는?

- ① A급 증폭기
- ② B급 증폭기
- ③ AB급 증폭기
- ④ C급 증폭기

37. 무부하시의 직류 출력전압이 250V이고, 전부하시는 225V일 경우 전압변동률은?

- ① 10.2%
- ② 11.1%
- ③ 15.2%
- ④ 18.0%

38. JK 플립플롭의 J와 K의 입력 모두를 그림과 같이 High에 결선했을 때, 어떠한 플립플롭과 같은 동작을 하는가?



- ① T 플립플롭
- ② D 플립플롭
- ③ RS 플립플롭
- ④ 클록 RS 플립플롭

39. 10 V, 60 Hz 교류전원에  $X_c = -j2.5\Omega$ 인 C와  $X_L = +j2.5\Omega$ 인 L의 병렬회로를 연결하였을 때, LC 병렬회로에 공급되는 전류는?

- ① 0 A
- ② 2 A
- ③ 4 A
- ④ 8 A

40. 4분 동안에 480J의 일을 하였다면 소비전력은 몇 W 인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

### 3과목 : 의료안전·법규 및 정보

41. 다음 중 전리방사선(Ionization Radiation)에 해당하는 것은?

- ① 초단파
- ② 가시광선

③ 자외선

④ 감마선

42. 다음 중 의료폐기물 종류별 전용용기에 표시하는 도형의 색상이 바르게 연결된 것은?

- ① 인체조직을 중 태반(재활용하는 경우) - 파란색
- ② 격리의료폐기물 - 검은색
- ③ 위해의료폐기물 - 노란색
- ④ 일반의료폐기물 - 붉은색

43. 다음 중 정보보안의 속성이 아닌 것은?

- ① 가용성
- ② 무결성
- ③ 비밀성
- ④ 광대역성

44. 제조허가를 하거나 제조신고를 받은 의료기기 중 안전성 및 유효성에 대하여 재검토가 필요하다고 인정되는 의료기기에 대하여 재평가를 할 수 있고, 재평가 결과에 따라 필요한 조치를 할 수 있는 사람은?

- ① 식품의약품안전처장
- ② 보건복지부장관
- ③ 산업통상자원부장관
- ④ 대통령

45. 다음 중 의무기록 전산화의 효과로 틀린 것은?

- ① 환자 재원기간의 단축
- ② 데이터에 대한 접근성 향상
- ③ 자료의 공유 및 의사소통량 증가
- ④ 비용절감의 효과

46. 다음 중 의료기기법에 따른 의료기기 등급분류 기준에서 '고도의 위해성을 가진 의료기기'의 등급은?

- ① 1등급
- ② 2등급
- ③ 3등급
- ④ 4등급

47. 멸균은 "미생물에 물리·화학적 자극을 가하여 완전히 사멸 제거하는 것"으로, 다음 중 쉽고 빠르지만 테프론 재질에 맞지 않는 멸균 방법은?

- ① 스팀 멸균
- ② 감마 멸균
- ③ 전자빔 멸균
- ④ 산화에틸렌 멸균

48. 전자기파가 인체에 가하는 작용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전류밀도에 따른 열작용
- ② 세포의 기체교환을 유발하는 호흡작용
- ③ 자기장의 누적 효과에 의한 비열작용
- ④ 신경과 근육의 활동전위를 발생시키는 자극작용

49. 10분 이상 환자에 접촉하고 있는 장착부를 위한 표면 온도 제한에서 제조자는 장착부의 표면온도가 섭씨 몇 도(°C)를 초과할 경우 부속문서에 그 사실을 기재하게 되어 있는가?

- ① 41 °C
- ② 43 °C
- ③ 45 °C
- ④ 47 °C

50. 의료기기의 온도측정에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 시험 중에는 열감지차단기를 정지시키지 않는다.
- ② 장치 또는 센서가 시험 중인 부분의 온도에 영향을 미치지 않도록 선택하고, 배치하여 측정한다.
- ③ 권선 절연율 이외의 전기 절연율의 온도는 고장이 단락, 보호수단의 브릿지 또는 절연률 타입에서 규정한 값 미만으로 공간거리의 감소를 발생시킬 경우, 절연율의 표면에서 결정한다.

① 온도측정 시험시작 시 권선은 실온보다 낮아야 한다.

51. 정상 상태에서 환자환경내 의료기기 시스템의 부분을 또는 부분 사이에서의 접촉전로는 얼마 이하이어야 하는가?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ① 10 $\mu$ A  | ② 50 $\mu$ A  |
| ③ 100 $\mu$ A | ④ 500 $\mu$ A |

52. 스팀(steam) 대신 가스를 이용하여 바이러스 및 기타 미생물을 사멸시키는 화학적 소독방법은?

- |            |              |
|------------|--------------|
| ① 고압스팀 멸균법 | ② EOG 멸균법    |
| ③ 감마선 멸균법  | ④ 저온플라즈마 멸균법 |

53. 의료기기의 용기나 외장(外裝)에 기록하지 않아도 되는 것은?

- ① 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소
- ② 허가(인증 또는 신고)번호, 명칭(제품명, 품목명, 모델명). 이 경우 제품명은 제품마다 있는 경우만 해당
- ③ “의료기기”라는 표시
- ④ 사용방법과 주의사항

54. 의료정보 용어 및 분류체계에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 환자기록을 재구성하기 위해서는 공통된 용어로 된 기록이 필요하다.
- ② 임상연구 등의 대규모 자료처리를 위해서는 코드화가 필요하다.
- ③ 코드화를 하면 코드만 보고도 의료기록을 쉽게 이해할 수 있다.
- ④ 코드를 사용하면 약어의 사용 등으로 인한 환자기록의 모호성을 제거할 수 있다.

55. 다음 안전 표지가 나타내는 설명으로 옳은 것은? (단, 삼각형 내부는 황색이다.)



- ① 경고 : 전기
- ② 일반적인 위험 표시
- ③ 미는 것을 금지
- ④ 일반적인 의무적 행위 표시

56. 의료기기의 전기·기계적 안전에 관한 공통기준규격상의 용어 및 정의 중 고전압은 몇  $V_{Peak}$ 를 초과하는 전압을 말하는가?

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ① 1000 $V_{Peak}$ | ② 1500 $V_{Peak}$  |
| ③ 2000 $V_{Peak}$ | ④ 10000 $V_{Peak}$ |

57. 의료기기 판매업 또는 임대업 신고를 하여야 하는 자는?

- ① 의료기기의 제조업자나 수입업자가 그 제조하거나 수입한 의료기기를 의료기기취급자에게 판매하거나 임대하는 경우
- ② 의료기기 판매 또는 임대를 업으로 하고자 하는 경우
- ③ 약국 개설자나 의약품 도매상이 의료기기를 판매하거나 임대하는 경우
- ④ 총리령으로 정하는 임신조절용 의료기기 및 의료기관 외의 장소에서 사용되는 자가진단용 의료기기를 판매하는 경우

경우

58. 의료기기법령상 추적관리대상 의료기기에 해당하지 않는 것은?

- |                   |
|-------------------|
| ① 수술실에서 사용하는 마취기  |
| ② 이식형 심장 박동기      |
| ③ 혼합재질 인공심장 판막    |
| ④ 전동식 이식형 의약품주입펌프 |

59. 진료현장에서 실시간으로 진료처방이나 검사결과 등 임상정보를 입력하고 조회하는 시스템을 무엇이라고 하는가?

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ① POC(Point of Care) | ② POS(Point of Sales) |
| ③ EDI                | ④ EMR                 |

60. 의료가스의 비상관리에 적당하지 않은 것은?

- ① 공급의 안정성 확보를 위하여 의료가스 공급배관은 2개 통 이상으로 한다.
- ② 특수지역은 각 부서별 단독배관을 고려한다.
- ③ 추가의 예비설비를 갖추어 수해 및 지진 등 비상재해에 대비한다.
- ④ 산소, 압축공기, 흡인의 경우 효율적인 관리를 위해 병동 부와 그 외의 부서는 함께 배관한다.

#### 4과목 : 의료기기

61. 인공심장의 구동 방식 중 박동형 헬액펌프와 가장 거리가 먼 것은?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ① 전기공압식 인공심장 | ② 전기기계식 인공심장 |
| ③ IABP       | ④ 원심형 헬액펌프   |

62. 임상물질들이 서로 다른 파장의 전자기적인 에너지를 선택적으로 흡수하거나 방출한다는 원리를 응용한 검사법만 나열한 것은?

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ① 염광광도법, 이온전위법 | ② 형광측정법, 이온전위법 |
| ③ 분광광도법, 이온전위법 | ④ 분광광도법, 염광광도법 |

63. 수액펌프의 종류가 아닌 것은?

- |            |             |
|------------|-------------|
| ① 선형 연동펌프  | ② 박동형 펌프    |
| ③ 회전형 연동펌프 | ④ 교환형 피스팅펌프 |

64. 인체 주요조직 내에서 초음파의 진행속도가 가장 빠른 곳은?

- |      |      |
|------|------|
| ① 뇌  | ② 뼈  |
| ③ 혈액 | ④ 근육 |

65. 단극 방식의 전기수술기에서 대극판에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 체내에 전류를 흘려보내는 역할을 한다.
- ② 인체와 접촉면이 항상 좁아야 한다.
- ③ 접촉 면적이 클수록 전기수술기의 안전성이 높다.
- ④ 재사용이 불가능하다.

66. 선형가속장치의 구성에 해당되지 않는 것은?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① 고주파 발진부 | ② 가속부     |
| ③ 조사제어장치  | ④ X선 관찰장치 |

67. 물의 감쇄계수가  $0.190\text{cm}^{-1}$ 이고 경골의 감쇄계수가  $0.380\text{cm}^{-1}$ 일 때, 경골의 CT-번호(number)로 옮은 것은?

- ① 50
- ② 100
- ③ 500
- ④ 1000

68. 뇌파 중 꿈을 꾸지 않는 숙면과정에서 전형적으로 나타나는 신호로 주로 정상인의 깊은 수면 상태와 신생아의 경우 두드러지게 나타나는 파는?

- ① 델타( $\delta$ )파
- ② 세타( $\theta$ )파
- ③ 알파( $\alpha$ )파
- ④ 베타( $\beta$ )파

69. 방사선은 파동형태와 입자형태로 나눌 수 있다. 다음 방사선 중 깊은 부위에 있는 종양치료에 사용되는 것은?

- ①  $\alpha$ (alpha) 선
- ②  $\beta$ (beta) 선
- ③  $\gamma$ (gamma) 선
- ④ 중성자 선

70. 뇌파 분석기법 중 특정한 자극을 반복적으로 인가할 때 나오는 뇌파를 반복적으로 계측하고, 이를 평균화하여 뇌의 응답 특성을 분석하는 기법으로 옮은 것은?

- ① 주파수 분석
- ② 상관관계 분석
- ③ 한계분석
- ④ 유발전위 분석

71. 인공심폐기에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 장시간 사용 가능하기 때문에 수술 시간을 제한하지 않는다.
- ② 심폐수술 시 심장과 폐의 대체 역할을 수행한다.
- ③ 인체의 산소 소모량을 줄이기 위한 저체온법이 사용된다.
- ④ 적혈구의 파괴 및 단백질 변성이 일어나는 문제를 해결하기 위해 밀폐형 심폐기가 개발되었다.

72. 엑스선 전산화 단층 촬영(X-ray CT)의 구성요소 중 시준기(collimator)가 하는 역할은?

- ① X-선 빔의 통과 영역을 촬영하고자 하는 영역내로 제한한다.
- ② X-선 광자 중 낮은 에너지를 가진 것을 차단한다.
- ③ X-선 광자를 가시광선 광자로 변환한다.
- ④ X-선 신호를 전기신호로 변환한다.

73. CT의 성능지표 공간주파수별 분해능을 그래프로 표시한 것은?

- ① 선형성(linearity)
- ② 대조도(contrast)
- ③ 단색성(monochromaticity)
- ④ MTF(Modulation Transfer Function)

74. 주파수가 약 1 Hz에서 1000 Hz 정도까지의 저주파를 이용한 전기치료기가 아닌 것은?

- ① 간섭전류치료기(CT)
- ② 경피신경전기자극치료기(TENS)
- ③ 기능적전기자극치료기(FES)
- ④ 전기자극치료기(ST)

75. 인큐베이터의 기능으로 틀린 것은?

- ① 온도조절
- ② 영양조절
- ③ 습도조절
- ④ 통풍

76. M파, H파, F파, T파로 분류되는 생체 전기신호로 옮은 것은?

- ① 근전도
- ② 심전도
- ③ 뇌전도
- ④ 안구전도

77. 방사선의 세기 조절 기술에 있어 가장 발전된 방법인 세기 조절방사선치료(intensity modulated radiation therapy, IMRT)기술을 적용한 방사선 치료기기로 정상세포에 최대한 영향을 주지 않으면서 암을 치료할 수 있는 기기는?

- ① LINAC(linac accelerator)
- ② 코발트60원격치료기기
- ③ 콜리메이터
- ④ X-ray

78. IT가 급격하게 발달하면서 재택진료에 유비쿼터스의 개념은 점점 중요성을 더해가고 있다. 유비쿼터스의 3A와 관계가 가장 먼 것은?

- ① Anyone
- ② Anywhere
- ③ Anytime
- ④ Anydevice

79. 마취기는 마취가스를 넓은 실린더, 압력계가 달린 감압장치, 유량계, 판막장치, 기화기, 탄산가스 흡착기 등으로 이루어져 있는데, 액체로 된 휘발성 흡입 마취제를 가스 상태로 증발시키는 장치는?

- ① 유량계
- ② 감압장치
- ③ 판막장치
- ④ 기화기

80. 환자감시장치에서 계측되는 측정항목으로 틀린 것은?

- ① 심전도, 혈압
- ② 호기말이산화탄소분압, 산소포화도
- ③ 뇌전도, 근전도
- ④ 호흡, 맥박

## 5과목 : 의용기계공학

81. 사람의 체온에 대한 설명으로 옮지 않은 것은?

- ① 신생아 및 유아기에는 체온조절기구의 발달로 인해 환경온도의 영향을 받지 않는다.
- ② 사람은 환경변화에 따라 스스로 열의 생산 및 발산을 통해 일정한 체온이 유지되도록 한다.
- ③ 항온동물인 사람은 외부 환경의 온도보다 약간 높은 체온을 유지한다.
- ④ 생리적으로 일 평균  $0.6\sim1.0^{\circ}\text{C}$  정도의 변동이 발생한다.


82. 의료용 고분자 재료의 장점이 아닌 것은?

- ① 용이한 가공성
- ② 낮은 비중
- ③ 안정된 물성
- ④ 조성의 다양성

83. 인공 고관절로 사용되는 금속재료가 갖추어야 할 물성이 아닌 것은?

- ① 취성
- ② 내식성
- ③ 기계적 강도
- ④ 내마모성

84. 인장 시험을 통해서 다음과 같은 응력-변형률 곡선을 얻었다. 그림에 나타난 재료 종에서 취성(brittleness)이 가장 큰 재료는? (단, 각 곡선에서 점 표시는 항복점을 나타내고, 곡선의 끝은 파단점을 의미한다.)



- ① ㉠      ② ㉡  
③ ㉢      ④ ㉣

85. 상처의 회복과정에서 나타나는 염증 반응은 감염, 이물질 침투의 방어, 세포의 사멸, 면역이나 신생 반응을 보조하는 역할을 담당한다. 다음 중 염증 반응에 의하여 나타나는 증상이 아닌 것은?

- ① 열이 발생된다.      ② 통증이 수반된다.  
③ 상처부위가 지혈된다.      ④ 조직이 부풀어 오른다.

86. 의족작용에 의한 비정상적인 보행동작에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회선보행 : 몸통이 옆으로 휘는 것  
② 의족회전 : 의족이 고정되지 않고 돌아가는 것  
③ 외전보행 : 다리를 한쪽 방향으로 회전하며 걷는 것  
④ 체간축굴 : 하리등뼈가 튀어나오며 구부러진 것

87. 마찰계수가 0.1인 평행판 위의 물체가 끌려갈 때 물체의 질량이 10kg, 작용하는 힘의 각도는 이동방향으로부터 시계방향으로 30도, 힘의 크기는 50N이면 이 물체의 가속도는 얼마인가?

- ① 3.0m/s<sup>2</sup>      ② 3.2m/s<sup>2</sup>  
③ 3.4m/s<sup>2</sup>      ④ 3.6m/s<sup>2</sup>

88. 인체와 진단 방사선과의 상호작용에 해당하지 않는 것은?

- ① 전리(ionization)  
② 쌍생성(pair production)  
③ 질량결손(mass defect)  
④ 콤프턴 산란(compton scattering)

89. 세포조직이 붕괴되거나 기능이 정지되어 죽게 되는 세포괴사(necrosis)의 병리조직학적 원인이 아닌 것은?

- ① 대식세포에 의한 소화      ② 세포간질의 변화  
③ 원형질의 변화      ④ 세포핵의 손실

90. 생체 조직에 이식 후 재료가 전혀 반응을 하지 않거나 매우 조금 반응하며 재료의 표면에 신생 섬유조직이 형성되기도 하는 재료는?

- ① 생체 활성 재료      ② 생체 불활성 재료  
③ 생체 복합 재료      ④ 생체 재흡수 재료

91. 원래 길이 10cm, 단면적이 1cm<sup>2</sup>인 탄성물질의 시편에 1000 N의 인장하중을 작용시킬 때 변형은? (단, 탄성계수는 200MPa( $=200 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ )이다.)

- ① 2mm      ② 5mm

- ③ 10mm      ④ 20mm

92. 지면으로부터 v의 속도로 위 방향으로 던져진 공(질량 m)이 올라갈 수 있는 최대높이는?

- ① mv      ② mgh  
③  $mv^2 / 2$       ④  $v^2 / 2g$

93. 다음 중 재료의 혈액적합성(blood compatibility)이 요구되는 것은?

- ① 인공 페이스메이커의 배터리      ② 인공유방  
③ 인공후두      ④ 혈관 스텐트

94. 건강한 성인의 혈액에 관한 설명 중 옳은 것만 짹지어진 것은?

- a. 비선형적인 점성특성을 나타낸다.  
b. 적혈구의 행동에 따라 비뉴턴 유체이다.  
c. 점도는 온도에 관계없이 일정하다.  
d. 점도는 생리식염수와 비슷하다.  
e. 헤마토크립트에 따라 점도가 변화한다.

- ① a, b, c      ② a, b, e  
③ a, d, e      ④ b, c, d

95. 정상보행에서 전유각기(pre-swing phase)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 발뒤축 들틀림에서 시작하여 발가락 들틀림으로 종료된다.  
② 유각기의 시작 구간으로 보행주기의 10~20% 구간이다.  
③ 전방으로의 추진을 위해서 지면을 밀어내어 추진하게 되는 push-off 구간이다.  
④ 지면반발력이 최대에서 감소하여 '0(영)'으로 된다.

96. 다음 중 세라믹스 재료의 특성이 아닌 것은?

- ① 생체가 갖고 있는 Ca, P, K, Na, Si 등의 원소로 이루어진다.  
② 내구성과 내화학성이 우수하다.  
③ 입자의 크기와 분포에 따라 성질이 변화한다.  
④ 성형성과 도전성이 우수하다.

97. 미끄럼 베어링에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 축과 베어링 사이의 마찰을 줄이기 위해 얇은 유막을 형성시킨다.  
② 레이디얼(radial) 미끄럼 베어링은 반지름 방향의 하중을 받는다.  
③ 트러스트(thrust) 미끄럼 베어링은 축방향의 하중을 받는다.  
④ 축과 베어링 사이의 볼 또는 롤러 등을 넣은 것이다.

98. 생체의 자기장 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 심박동에 수반하여 자장이 발생한다.  
② 혈액은 자장에 의해 당겨지는 성질이 매우 강하여 혈액 성분을 변화시킨다.  
③ 시간적으로 변화하는 자장은 조직 내에 전류를 발생시킨다.  
④ 뇌의 전기활동에 의한 자장을 두피 상에서 계측하면  $10^{-13} \sim 10^{-12} \text{ T}$  정도이다.

99. 생체조직 또는 장기의 이식 방법 중 개체가 서로 다른 종 사이의 이식을 무엇이라 하는가?

- ① 이종이식(xenograft)
- ② 동종이식(allograft)
- ③ 자가이식(autograft)
- ④ 이소이식(heterotopic transplantation)

100. 생체의 광학적 특성에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 빛이 생체조직에 입사되면 흡수나 산란이 일어나게 되고, 빛 에너지의 일부는 열적 에너지로 변환되어 생체조직의 온도를 증가시키게 된다.
- ② 광동역학적 치료(photodynamic therapy, PDT)를 이용한 암치료는 광파민성 약물과 레이저로 정상세포에 영향을 주지 않고, 암세포만을 선택적으로 파괴시킨다.
- ③ 광전식 용적맥파계(photoplethysmography, PPG)는 자외선을 이용하여 혈량을 측정한다.
- ④ 레이저를 이용한 온열치료(laser-induced thermotherapy, LITT)는 42.5°C를 경계로 암세포의 생존율이 급격히 저하되는 원리를 이용한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	①	③	①	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	③	②	④	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	④	②	①	④	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	③	④	④	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	①	①	④	②	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	③	①	②	②	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	②	③	④	④	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	①	②	①	①	①	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	①	③	③	②	④	③	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	②	②	④	④	②	①	③